



# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель**, Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Логика",  
ОГРН: 1027810223484

Место нахождения: 190020, Россия, Ленинградская область, город Санкт-Петербург,  
набережная Обводного канала, дом 150, корпус 1, Лит. А, пом. 427,

Место осуществления деятельности: 190020, Россия, Ленинградская область,  
город Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 150, корпус 1, Лит. А, пом. 427,  
а/я 215, Телефон: +78124452745, Факс: +78122522940, E-mail: gendir@logika.spb.ru

**в лице** Генерального директора Никитина Павла Борисовича

**заявляет, что** Тепловычислители СПТ963

**изготовитель** Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Логика",  
Место нахождения: 190020, Россия, Ленинградская область, город Санкт-Петербург,  
набережная Обводного канала, дом 150, корпус 1, Лит. А, пом. 427,

Место осуществления деятельности: 190020, Россия, Ленинградская область,  
город Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 150, корпус 1, Лит. А, пом. 427,  
а/я 215

Выпускаются по Техническим условиям Тепловычислители СПТ963

ТУ 4213-101-23041473-2017

Код ТН ВЭД 9026802000

Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная  
совместимость технических средств"

**Декларация о соответствии принята на основании**


Протокол испытаний № 250501Д от 21.06.2017 ИЛЭ «СЕРТИС» АНО «НТЦСЭ «ИСЭП»  
аттестат аккредитации № RA.RU.21MO40. Комплект документов производственного  
контроля по форме, установленной изготовителем. Схема декларирования ЗД.

**Дополнительная информация**

ГОСТ Р 51522.1-2011 (МЭК 61326-1:2005) подразделы 6.2, 7.2 "Совместимость технических  
средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и  
лабораторного применения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний".

Срок службы 15 лет. Условия хранения: температура окружающего воздуха от минус 25  
до плюс 55 °С; относительная влажность не более 95 % при 35 °С и более низких  
температурах; атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 04.07.2022  
включительно**



Никитин Павел Борисович

(Ф.И.О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии:**

**EAЭС N RU Д-RU.ME83.B.00307**

**Дата регистрации декларации о соответствии: 05.07.2017**